

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТОТАЛ МЕД“ ООД – ПЛОВДИВ

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обособена позиция № 11- "Системи за първично и ревизионно ендопротезиране на тазобедрена и колянна става, тазобедрени и коленни спейсъри, фиксатор и винт за селективен органичен синтез "

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, 22.01.2014 г., в гр. Варна на основание Решение № 44/13.12.2013 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, между Възложителят – МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, представляван от:

Д-р Веселин Николов – Изпълнителен директор

Юлия Късова – Гл. счетоводител

Със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Цар Освободител №100,
БУЛСТАТ: 000090019

и

Изпълнителя: „ТОТАЛ МЕД“ ООД, със седалище: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56, ТАЦ „Гранд“, ет. 3, офис 3-18 и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56, ТАЦ „Гранд“, ет. 3, офис 3-18, регистриран в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 200350134 и Ид. № по ЗДДС BG 200350134, представлявано от Гергана Георгиева Сутурска се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД в гр. Варна. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

(4) Доставката, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания: доставените медицински изделия са придружени със Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи

съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС.

Чл.2. Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – до **12**(дванадесет) **месеца** от датата на сключването му.

Чл.4. Срок за доставка след заявка от Възложителя – до 3 / три / календарни дни

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. Общата стойност на договора за доставка е 4 564 824 (четири милиона петстотин шейсет и четири хиляди осемстотин двадесет и четири) лв. с ДДС, която включва и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

Чл.6 Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60(шестдесет) дни** след изпълнение на доставката франко сградата Възложителя и представяне на фактура

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, предоставяне на фактура и представяне на Сертификати за предлаганите изделия, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС

2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

Чл.8(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от стойността му.

(2) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, а гаранцията за участие в процедурата се освобождава съгласно условията в чл.62 от ЗОП.

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до един месец след изтичане на срока на договора.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.10. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества медицински изделия, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.11. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.12. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

Чл.13. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на изпълнителя.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.14. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1, ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.15. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.16. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.17. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.18. Рекламации по количествата на доставените медицински изделия могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.19. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.20. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Действието на този договор се прекратява:

- а) с изпълнение на всички задължения на страните;
- б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
- г) с изтичане срока на договора

(2) Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в следните случаи:

- а) ако Изпълнителят не извърши доставката в сроковете, договорени между страните;
- б) ако Изпълнителят достави медицински изделия, различни по вид, качество, марка или цена от тези на представените и декларираните мостри при участие в обществената поръчка.
- в) ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора

Чл. 22. (1) При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5% върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността по договора.

(2) При неизпълнение на декларираните обстоятелства от изпълнителя и доставка на изделия, различни от предложените мостри, същите няма да му се заплатят от Възложителя.

Чл. 23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Чл. 26. Неразделна част към настоящия договор е офертата на изпълнителя с (Приложение №.1).

ПОДПИСИ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изм. директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД:



Гл. Счетоводител:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	Прогнозно количество за 1 година.	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	Хеми тазобедрена система, която гарантира запазване на синхронизацията течност	100бр.	2066,67	206 667
2	Безциментна система за първично тазобедрено протезиране с пресфит капсула и стемло с хидроксипапатитно покритие	100бр.	3316,67	331 667
3	Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване	100бр.	2066,67	206 667
4	Хибридна система за първично тазобедрено протезиране с пресфит капсула и циментно стемло	100бр.	3066,67	306 667
5	Хибридна система за първично тазобедрено протезиране със стемло със хидроксипапатитно покритие и капсула с циментно закрепване	100бр.	3233,33	323 333
6	Комплект за първично колянno протезиране без запазване на задна кръстна връзка и с мобилна тибиялна вложка, система „Мобайл Беаринг“	100бр.	3500	350 000
7	Комплект за ревизионно колянno протезиране без запазване на задна кръстна връзка.	100бр.	9316,67	931 667



[illegible]

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ФАРКОЛ АД

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
Обособени позиции № 10

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, 10.01.2014 г., в гр. Варна на основание Решение № 44/15.12.13 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, между Възложителят – МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, представляван от:

Д-р Веселин Николов – Изпълнителен директор

Юлия Късова – Гл. счетоводител

Със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Цар Освободител №100,
БУЛСТАТ: 000090019

и

Изпълнителя: **ФАРКОЛ АД**, със седалище: гр. Бургас, ул. Сан Стефано №28 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан Стефано №28, регистриран в Бургаски окръжен съд / по ф. д. 3871/21.12.1989 в Търговския регистър при Агенция по вписванията
Ид. № по ЗДДС BG 102227154 ЕИК: 102227154

представлявано от **Таня Минчева Базотева** и **Георги Петков Базотев**
се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД в гр. Варна. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

(4) Доставката, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания: доставените медицински изделия са придружени със Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС.

Чл.2. Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – до **12** (дванадесет) месеца от датата на сключването му.

Чл.4. Срок за доставка след заявка от Възложителя – **3** /три/ календарни дни

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. Общата стойност на договора за доставка е **13 151 113,20** (тринадесет милиона стопетдесет и една хиляди сто и тринадесет лв и 20ст) лв. с ДДС, която включва и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

Чл.6 Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60(шестдесет) дни** след изпълнение на доставката франко сградата Възложителя и представяне на фактура

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, предоставяне на фактура и представяне на Сертификати за предлаганите изделия, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС

2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

Чл.8(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от стойността му.

(2) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, а гаранцията за участие в процедурата се освобождава съгласно условията в чл.62 от ЗОП.

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до един месец след изтичане на срока на договора.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.10. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества медицински изделия, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.11. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.12. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

Чл.13. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на изпълнителя.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.14. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1, ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.15. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.16. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.17. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.18. Рекламации по количествата на доставените медицински изделия могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.19. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.20. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Действието на този договор се прекратява:

- а) с изпълнение на всички задължения на страните;
- б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
- г) с изтичане срока на договора

(2) Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в следните случаи:

- а) ако Изпълнителят не извърши доставката в сроковете, договорени между страните;
- б) ако Изпълнителят достави медицински изделия, различни по вид, качество, марка или цена от тези на представените и декларираните мостри при участие в обществената поръчка.
- в) ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора

Чл. 22. (1) При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5% върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността по договора.

(2) При неизпълнение на декларираните обстоятелства от изпълнителя и доставка на изделия, различни от предложените мостри, същите няма да му се заплатят от Възложителя.

Чл. 23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.25. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Чл.26. Неразделна част към настоящия договор е офертата на изпълнителя с (Приложение №.....).

ПОДПИСИ:**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**


Изм.директор на ФАРКОЛ АД
Д-р Тания Базотева

Председател на СД:
Георги Базотев

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Изм.директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД:

Гл. Счетоводител:



Обособена позиция №10

№	Наименование на медицинските изделия	Прогноз но количес тво за 1 година	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
	ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА			
	Система за тотално и ревизионно протезиране на тазобедрена става			
1	Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става	100бр.		
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване		1 600.00	160 000.00
	Стебло КОКСА ВАРА		1 600.00	160 000.00
	Латерализирано стъбло		1 600.00	160 000.00
	Феморални глави		666.67	66 667.00
	Безциментен ацетабулум		725.00	72 500.00
	Ацетабуларна вложка		441.67	44 167.00
	Винтове за ацетабуларна капсула		116.67	11 667.00
2	Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става	100бр.	416.67	41 667.00
	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация			
	Съгло с циментна фиксация		966.67	96 667.00
	Феморална глава с конус за закрепване 12/14		666.67	66 667.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.		145.83	14 583.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г		100.00	10 000.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г		145.83	14 583.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г		100.00	10 000.00
3	Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стъбло	100бр.	1 183.33	118 333.00
	Биполярна бедрена глава			
	Съгло с циментна фиксация		966.67	96 667.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.		145.83	14 583.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г		100.00	10 000.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г		145.83	14 583.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г		100.00	10 000.00
4	Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно бедрено стъбло	100бр.	883.33	88 333.00
	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация			
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване		1 600.00	160 000.00
	Стебло КОКСА ВАРА		1 600.00	160 000.00
	Латерализирано стъбло		1 600.00	160 000.00
	Феморална глава с конус за закрепване 12/14		666.67	66 667.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.		145.83	14 583.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г		100.00	10 000.00



№	Наименование на медицинските изделия	Прогноз но количес тво за 1 година	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г		145.83	14 583.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г		100.00	10 000.00
5	Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стъбло	100бр.	966.67	96 667.00
	Стъбло с циментна фиксация			
	Безциментен ацетабулум		725.00	72 500.00
	Ацетабуларна вложка		441.67	44 167.00
	Винтове за ацетабуларна капсула		116.67	11 667.00
	Феморална глава с конус за закрепване 12/14		666.67	66 667.00
	Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.		145.83	14 583.00
	Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г		100.00	10 000.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г		145.83	14 583.00
6	Системи за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става	100бр.	3 333.33	333 333.00
	Ацетабуларна моделна компонента с безциментна фиксация с покритие от хидроксипатит			
	Винтове за ацетабуларна капсула		141.67	14 167.00
	Стъбло за ревизионно ендопротезиране с механично закрепване		3 000.00	300 000.00
	Модулно стъбло за ревизионно ендопротезиране с възможност за заключване на феморалния компонент		4 750.00	475 000.00
	Феморална глава с конус за закрепване 12/14		1 250.00	125 000.00
II КОЛЯННА СТАВА				
Система за тотално и ревизионно колянno протезиране				
1	Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става	100бр.		
	Феморална компонента стандартна		1 853.00	185 300.00
	Тибиален имплант стандартен		1 055.00	105 500.00
	Тибиален инсърт		529.50	52 950.00
	Патела		120.00	12 000.00
	Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.		145.83	14 583.00
	Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г		100.00	10 000.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г		145.83	14 583.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г		100.00	10 000.00
2	Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става	100бр.	1 458.33	145 833.00
	Феморален компонент			
	Тибиален компонент		1 458.33	145 833.00
	Менискален компонент		667.57	66 757.00
	Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.		145.83	14 583.00
	Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00

№	Наименование на медицинските изделия	Прогноз по количес- тво за 1 година	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г		100.00	10 000.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г		145.83	14 583.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г		100.00	10 000.00
3	Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става	100бр.	2 083.33	208 333.00
	Феморален компонент			
	Тибиален компонент		3 333.33	333 333.00
	Менискален компонент		416.67	41 667.00
	Ревизионни аугменти		1 084.23	108 423.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.		145.83	14 583.00
	Костен цимент, среден вискозитет, с антибиотик, опаковка от 20 gr.		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г		100.00	10 000.00
	Цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г		100.00	10 000.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г		145.83	14 583.00
	Цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г		100.00	10 000.00
IV	КОНСУМАТИВИ ЗА АРТРОСКОПИЯ			
1	Крос лин сет за възстановяване на ПКВ	100бр.	858.33	85 833.00
2	Интерферентен резорбируем винт за възстановяване на ПКВ	100бр.	641.67	64 167.00
3	Сет – съшивател за менискус	100бр.	600.00	60 000.00
4	Анкер с конец, с игла, за поставяне с навиване	100бр.	658.33	65 833.00
5	Анкер с конец, без игла, за поставяне с навиване	100бр.	641.67	64 167.00
6	Анкер с конец, без игла за поставяне без навиване	100бр.	616.67	61 667.00
7	Микроанкер с конец и дръжка	100бр.	708.33	70 833.00
	Ревизонен ацетабулум циментен	100бр.	1 750.00	175 000.00
	Ревизонен ацетабулум безциментен	100бр.	2 000.00	200 000.00
	Ревизионна ацетабуларна безциментна система	100бр.	3 333.33	333 333.00
	Ревизионна ацетабуларна безциментна система с аугменти	100бр.	5 000.00	500 000.00
	Винтове за ревизионна ацетабуларна безциментна система	100бр.	141.67	14 167.00
	Ревизионно безциментно стебло	100бр.	4 750.00	475 000.00
	Ревизионно безциментно стебло	100бр.	3 000.00	300 000.00
	Ревизионна система за коленно ендопротезиране с фиксирана тибиална подложка	100бр.	6 900.00	690 000.00
	Ревизионна система за коленно ендопротезиране с въртяща се тибиална подложка	100бр.	8 600.00	860 000.00
	Раменна ендопротеза за посттравматично ендопротезиране	100бр.	4 166.67	416 667.00
	Раменна ендопротеза за посттравматично и постдегенеративно ендопротезиране	100бр.	5 000.00	500 000.00
	Изкуствена гленоидална повърхност	100бр.	1 500.00	150 000.00
	Раменна ендопротеза -обърната , за постдегенеративно раменно ендопротезиране	100бр.	5 833.33	583 333.00



МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД	Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология“ на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД по обособени позиции" Образи
----------------------------	---

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

**Обособена позиция № 9
„Вариант 9”**

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, 15.01 2018 г., в гр. Варна на основание Решение № 44/13.12.13 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, между Възложителят – МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, представляван от:

Д-р Веселин Николов – Изпълнителен директор

Юлия Късова – Гл. счетоводител

Със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Цар Освободител №100,
БУЛСТАТ:000090019

и

Изпълнителя: „Топ Хоспитал Сървис“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 47, регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 202161036

представлявано от Ивайло Благовестов Батинков – Изпълнителен директор
се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД в гр. Варна. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

(4) Доставката, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания: доставените медицински изделия са придружени със Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС.

Чл.2. Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – до **12** (дванадесет) месеца от датата на сключването му.

Чл.4. Срок за доставка след заявка от Възложителя - 1 календарни дни

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. Общата стойност на договора за доставка е 1 719 998.40 (един милион седемстотин и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и 40 ст.) лв. с ДДС, която включва и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

Чл.6 Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60(шестдесет) дни** след изпълнение на доставката франко сградата Възложителя и представяне на фактура

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, предоставяне на фактура и представяне на Сертификати за предлаганите изделия, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия-CE, ISO 9001 и БДС

2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

Чл.8(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от стойността му.

(2) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, а гаранцията за участие в процедурата се освобождава съгласно условията в чл.62 от ЗОП.

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до един месец след изтичане на срока на договора.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.10. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества медицински изделия, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.11. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.12. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

Чл.13. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на изпълнителя.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД	Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология“ на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД по обособени позиции" Образци
----------------------------	--

Чл.14. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1, ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.15. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.16. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.17. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.18. Рекламации по количествата на доставените медицински изделия могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.19. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.20. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Действието на този договор се прекратява:

- а) с изпълнение на всички задължения на страните;
- б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
- г) с изтичане срока на договора

(2) Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в следните случаи:

- а) ако Изпълнителят не извърши доставката в сроковете, договорени между страните;
- б) ако Изпълнителят достави медицински изделия, различни по вид, качество, марка или цена от тези на представените и декларираните мостри при участие в обществената поръчка.
- в) ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора

Чл. 22. (1) При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5% върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността по договора.

(2) При неизпълнение на декларираните обстоятелства от изпълнителя и доставка на изделия, различни от предложените мостри, същите няма да му се заплатят от Възложителя.

Чл. 23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД	Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология“ на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД по обособени позиции" Образци
----------------------------	--

Чл.24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.25. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Чл.26. Неразделна част към настоящия договор е офертата на изпълнителя с (Приложение № 1).

ПОДПИСИ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иzp. директор на
„Топ Хоспитал Сървис“ АД

Ивайло Батинков

Цветан Димитров

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иzp.директор на МБАЛ
„Света Анна-Варна“ АД:

Д-р Веселин Николов

Гл. Счетоводител: _____


Обособена позиция № 9

Наименование на медицинските изделия	Техническо описание на медицинското изделие	Търговско наименование	Производител	Прогнозно количество за 1 година.	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
РАЗДЕЛ А - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА						
Система за първично и ревизионно тазобедрено ендопротезиране, включваща циментно и безциментно закрепване						
Еднополюсна циментна Тазобедрено стъбло за циментно закрепване тип "Мюлер" или аналогичен	Стеблото е с или без яка по желание на оператора, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Анатомичната кривина при калкарната част позволява равномерно физиологично натоварване върху костта. 4 стеблена дължини и ширини за оптимално адаптиране при отделни ситуации. Гладката повърхност на стеблото следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. Самоцентриране на стеблото в костния канал без усилие. В медиалната част за сигурност на закрепването има канал който много добре задържа и укрепва костния цимент. В проксималната си част стеблото е гладко и завършва с конус от 5° 40' и конус 12/14. Изработено е от CoCrMo (M30NW – ISO 5832 – 9). Избегнато е многомерния набор от стебла. Четири размера на стеблото: S, M, L, XL. Версии на дълго стебло при необходимост и ревизия.	Lubinus Classic	Валдемар линк	100бр.	2133.33	213333



	Биполярна бедрена глава	Биартикуларна глава с външна повърхност от CoCrMo Alloy to ISO 5832-4 and ASTM F 75 и вътрешна полиетиленова UHMWPE по ISO 5834-2 и ASTM F 648 повърхност с заключващ пръстен модел Bipolar Head 28.1 или 32.1 мм, размери: 39 до 65 мм	Lubinus Classic	Валдемар линк			
	Двуполосна циментна	Стеблото е с или без яка по желание на оператора, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Анатомичната кривина при калкарната част позволява равномерно физиологично натоварване върху костта. 4 стеблени дължини и ширини за оптимално адаптиране при отделни ситуации. Гладката повърхност на стеблото следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. Самоцентриране на стеблото в костния канал без усилие. В медиалната част за сигурност на закрепването има канал който много добре задържа и укрепва костния цимент. В проксималната си част стеблото е гладко и завършва с конус от 5° 40' и конус 12/14. Изработено е от CoCrMo (M30NW – ISO 5832 – 9). Избегнато е многомерния набор от стебла. Четири размера на стеблото: S, M, L, XL. Версия на дълго стебло при необходимост и ревизия.					
2	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване тип "Мюлер" или аналогичен	Варо-Куп	Vario-Cup Prosthesis system & Large Heads	Валдемар линк	100бр.	2283.33	228333

	Ацетабуларна капсула от cross linked полиетилен за циментно закрепване	Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Müller II, с 1,5mm ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметър има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата. Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и повърхност улесняваща позиционирането на капсулата и подпомагащ равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата – 6mm, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материалът (UHMWPE – ISO 5834 – 2). Размери от Ø 44 до Ø 60mm, през 2mm; за феморални глави с диаметър 28mm и 32mm	Vario-Cup Prosthesis system & Large Heads	Валдемар линк			
Феморална глава		ФЕМОРАЛНИ ГЛАВИ съвместими с конус 12/14. Диаметър 22,25, 28, 32 и 36 mm. Материал: CoCrMo с шийка - 4, 0, +4 . Размери: 24, 28mm, 32mm, 36mm. Металните глави CoCrMo показват по-голям клиърънс и по-малко ниво на износване.	Vario-Cup Prosthesis system & Large Heads	Валдемар линк			



	Двуполюсна безциментна Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване	Стандартно тазобедрено стъбло от Ti6Al4V за безциментно закрепване. 134-градусов ъгъл на шийката. При латерализираната версия на стъблото CCD е 131°, + 5 mm. Стандартно безциментно стъбло следващ Corail философията и цялостно покрито с хидроксиапатит. Конус 12/14. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стъблото за по-добра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Размери : 10 размера от 9 до 18. Материал: Ti-6Al-4V сплав . Правият профил и правоъгълното сечение на импланта дава много висока проксимална стабилност. Хидроксиапатитното покритие осигурява бърза интеграция в костта.	LCU-Link	Валдемар линк			
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване	АЦЕТАБУЛУМ - от полиетилен, с рентгено позитивен пръстен и сферично заключени нарязи за циментното покритие. Вътрешен диаметър -28 & 32 mm, външен - от 44 до 64 през 2 mm. Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана с цел улесняване на позиционирането и. Набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента. Права и дисплазична капсула.	LCU-Link	Валдемар линк			
	Феморална глава	ФЕМОРАЛНИ ГЛАВИ съвместими с конус 12/14. Диаметър 22,25, 28, 32 и 36 mm. Материал : CoCrMo с шийка - 4, 0, +4 . Размери: 24, 28mm, 32mm, 36mm. Металните глави CoCrMo показват по-голям клирънс и по-малко ниво на износване.	LCU-Link	Валдемар линк			
3	Двуполюсна безциментна Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване		LCU-Link	Валдемар линк	100бр.	3750	375000



	Ацетабуларна капсула	АЦЕТАБУЛУМ - от полиетилен, с рентгено позитивен пръстен и сферично заключени нарязи за циментното покритие. Вътрешен диаметър -28 & 32 мм, външен - от 44 до 64 през 2 мм. Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана с цел улесняване на позиционирането и. Набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента. Права и дисплазична капсула.	LCU-Link	Валдемар линк			
	Феморална глава	ФЕМОРАЛНИ ГЛАВИ съвместими с конус 12/14. Диаметър 22,25, 28, 32 и 36 mm. Материал :CoCrMo с шийка - 4, +4 . Размери: 24, 28мм, 32мм, 36мм. Металните глави CoCrMo показват по-голям клирънс и по-малко ниво на износване.	LCU-Link	Валдемар линк			
	Стебло КОКСА ВАРА	Анатомично Тi стебло C.F.P.® с мобилна яка или без - КОКСА ВАРА : Анатомични леви и десни стебла изработени от Ti-6Al-4V сплав . Повърхностното покритие е с уникалното патентовано покритие Tiiastan® с хидроксиапатитното покритие HX® (calcium phosphate). Ъгъл между тялото и шийката 117° или 126°. Цялостно микропоресто покритие с хидроксиапатит и ≈ 70 микрона грапавост. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за по-добра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. 5 размера кокса вара стебло : S, M, ML, L, XL. Титаниевата модулна яка е с HX® покритие (calcium phosphate) !	LCU-Link	Валдемар линк			



	РАЗДЕЛ Б - КОЛЯННА СТАВА								
	Система за коляннo ендопротезиране с циментно и безциментно закрепване без запазване на задна кръстна вързка								
4			Gemini SL	Валдемар линк	1006p.	3750	375000		
	Тибиялен компонент	Тибиялен компонент моделиран спрямо анатомията на главата на тибията. Дясна и лява конфигурация. Изработен от CoCrMo, с повърхност притежаваща SMS (Squagical Monobloc Stucture) наподобяваща пчелни клетки макроструктура и допълнителна микроструктура за циментово закрепване и за безциментово закрепване с покритие TiCaP - Titan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP). С централна ос и два лъча, които да предпазват от странични сили, завъртане и предви всичко от редуващи се Varus/Valgus натоварвания, които предизвикват разхлабване. Заострените върхове в края на лъчите предават натоварването директно на костта. Размери: XS, S, M, L, XL. Централната ос на тибиялния компонент може да влезе в капачка за оста, в случаи на нестабилност или недостатъчна костна здравина, с възможност за прикрепване на прави удължени стъбла. С винт за закрепване на полиетиленовия менискален компонент.	Gemini SL	Валдемар линк					



	Феморален компонент	Феморален компонент с външна форма според анатомията на коляното. Висок протектор за пателата, който предпазва пателата от т.нар. "clicking" в случаите на patella alta. Леглото на пателата позволява физиологично движение на костната патела или заместващия я компонент. Материал: циментово закрепващи се от CoCrMo, дясна и лява конфигурация с размери XS, S, MS, MS-plus, M, L, XL. Безциментно закрепващи се покрити с високо пориозен слой от титан с дебелина около 200 µm направено чрез използване на вакуум плазма технология покрито с 20µm дебел слой от механически стабилен калциев фосфат, който позволява вращаване на костта CoCrMo/TiCaP, дясна и лява конфигурация с размери XS, S, MS, MS-plus, M, L, XL.	Gemini SL	Валдемар линк		
Менискален компонент		Полиетиленово покритие на повърхността на компонента с вдлъбнатини, които да осигурят достатъчно място на движение на ставата.Различни размери : XS, S, MS, MS-plus, M, L, XL. При липса на предна кръстна връзка действието е подсилено от механизма на сглобката. Той предизвиква механично въртене като предпазва от предна сублуксация на тибията. Централно предностабилизираната полиетиленова повърхност (PS) има дълбоко връзване за да даде на разтегателния апарат достатъчно място за движение.	Gemini SL	Валдемар линк		

	Втулка за тибиаден компонент	Килът на тибиаден компонент може да бъде покрит с втулка, която да предпазва късото стъбло. Циментно и безциментно закрепване. Безциментно закрепване се покрито с високо пориозен слой от титан с дебелина около 200 µm направено чрез използване на вакуум плазма технология покрито с 20µm дебел слой от механически стабилен калциев фосфат, който позволява вграждане на костта CoCrMo/TiCaP	Gemini SL	Валдемар линк			
	Патела	Дизайн сферично изпълнен с жлеб и пъпки за добълнителна стабилизация. Материал UHMWPE в четири размера.	Gemini SL	Валдемар линк			
5	Уникондиларна колянна ендопротеза		Mitus	Валдемар линк	100бр.	2416.66	241666
	Феморален компонент	материал - CoCrMo, 4 размера: дължина - 40, 46, 52 и 60 мм, ширина - 16, 17, 18 и 20мм. Две паралелни оси за закрепване и централен кил за допълнителна стабилност, с глобуларна структура на вътрешната извита повърхност, за по-добро свързване с цимента.	Mitus	Валдемар линк			
	Тибиаден компонент	Два вида: -с метална основа, три диаметъра: 45, 50, 55мм и четири височини: 7, 9, 11 и 13мм. - Изработен изцяло от полиетилен с четири диаметъра: 45, 50, 55 и 58мм и три височини: 9, 11 и 13мм.	Mitus	Валдемар линк			



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИКО-ФАРМА“ ООД

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обособени позиции № 12

„.....“

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, 01.01.2013 г., в гр.Варна на основание Решение № 44/13.12.13 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, между Възложителят – МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, представляван от:

Д-р Веселин Николов – Изпълнителен директор

Юлия Късова – Гл. счетоводител

Със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул.Цар Освободител №100,
БУЛСТАТ:000090019

и

Изпълнителя: „Сико-Фарма“ ООД, със седалище: гр.София и адрес на управление: гр.София, ул.Брегалница” 47, регистриран в СГС./окръжен съд / по ф. д. 32247/92 г. /пререгистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията съгл. Удостоверение № 20110309104736/09.03.2011г.

Ид. № по ДДС* 1221007340, ЕИК 040859856

представлявано от Йордан Пейчев

се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД в гр.Варна. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

(4) Доставката, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания: доставените медицински изделия са придружени със Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС.

Чл.2. Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – до **12** (дванадесет) **месеца** от датата на сключването му.

Чл.4. Срок за доставка след заявка от Възложителя - 2 календарни дни

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. Общата стойност на договора за доставка е 19 087 026 (деветнадесет милиона осемдесет и седем хиляди и двадесет и шест) лв. с ДДС, която включва и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

Чл.6 Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60(шестдесет) дни** след изпълнение на доставката франко сградата Възложителя и представяне на фактура

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, предоставяне на фактура и представяне на Сертификати за предлаганите изделия, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия-CE, ISO 9001 и БДС

2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

Чл.8(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от стойността му.

(2) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, а гаранцията за участие в процедурата се освобождава съгласно условията в чл.62 от ЗОП.

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до един месец след изтичане на срока на договора.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.10. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества медицински изделия, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.11. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.12. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

Чл.13. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на изпълнителя.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.14. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1, ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.15. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.16. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.17. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.18. Рекламации по количествата на доставените медицински изделия могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.19. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.20. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Действието на този договор се прекратява:

- а) с изпълнение на всички задължения на страните;
- б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
- г) с изтичане срока на договора

(2) Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в следните случаи:

- а) ако Изпълнителят не извърши доставката в сроковете, договорени между страните;
- б) ако Изпълнителят достави медицински изделия, различни по вид, качество, марка или цена от тези на представените и декларираните мостри при участие в обществената поръчка.
- в) ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора

Чл. 22. (1) При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5% върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността по договора.

(2) При неизпълнение на декларираните обстоятелства от изпълнителя и доставка на изделия, различни от предложените мостри, същите няма да му се заплатят от Възложителя.

Чл. 23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


Чл.25. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Чл.26. Неразделна част към настоящия договор е офертата на изпълнителя с (Приложение №.....).

ПОДПИСИ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител „Сико-Фарма“ ООД




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изм.директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД:


Гл. Счетоводител:

.....




Обособена позиция № 12

№	Наименование на медицинските изделия	Прогнозно количество за 1 година	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
	ТАЗОБЕДРЕНИ ЕНДОПРОТЕЗИ			
	ЕДНОПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА	100бр.	2200.00	220000.00
	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване: трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила Материал: нерждаема стомана Размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стъбло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стъбла с дължина 130 мм с латерален офсет			
	Биполарна бедрена глава тип мур или аналогичен, материал CO-CR-MO и Ti-6AL-4V сплав с размери от 38 до 66 и съответстваща втулка материал			
	Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: нерждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;			
	Спринцовка за цимент, ретроградна			
	Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	ЕДНОПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА	100бр.	2308.34	230834.00
	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване тип "Молер" или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14-градуса, 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0.2mm. по дължината на циментируемата част на стъблото и един водещ централен канал с дълбочина 0.5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9. Размери: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50;			
	Биполарна бедрена глава тип мур или аналогичен, материал CO-CR-MO и Ti-6AL-4V сплав с размери от 38 до 66 и съответстваща втулка материал			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;				
Спринцовка за цимент, ретроградна				
Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА	100бр.	2200.00	220000.00	
Тазобедрено стъбло за циментно закрепване: трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила Материал: неръждаема стомана Размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стъбло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стъбла с дължина 130 мм с латерален офсет				
Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълници с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване				
Материал: UHMWPE/PPMMA;Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм,				
Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбинирание с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента;				
Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;				
Спринцовка за цимент, ретроградна				
Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат				



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
	ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА	100бр.	2341.70		234170.00
	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване: трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила Материал: неръждаема стомана Размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стъбло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стъбла с дължина 130 мм с латерален офсет				
	Ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен за циментно закрепване: пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварваната повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване				
	Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE/SPMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата; капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм,				
	Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;				
	Спринцовка за цимент, ретроградна				
	Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат				
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
	ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА	100бр.	2450.00		245000.00



[Handwritten signatures and initials]

	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване тип "Мюлер" или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментируемата част на стъблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm. Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9. Размери: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50;			
	Ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен за циментно закрепване. пълна хемисфера с 1,5 mm ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълчици с височина 3 mm, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 mm за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 mm; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, максималният да бъде не повече от 61 mm,			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32mm с къса -4mm, средна 0mm и дълга шийка +4mm и диаметър 22 с къса -3.5mm, средна 0mm и дълга шийка +3.5mm			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36mm с -3.5mm, 0mm, +3.5mm, +7mm и +10.5mm шийка;			
	Спринцовка за цимент, ретроградна			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА	100бр.	2308.34	230834.00



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване тип "Мюлер" или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментиремата част на стеблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9. Размери: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50;			
	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварваното повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм.			
	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента;			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	Спринцовка за цимент, ретроградна			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	ДВУПОЛУСНА ХИБРИДНА	100бр.	2908.34	290834.00

	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване: трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила Материал: неръждаема стомана Размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стъбло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стъбла с дължина 130 мм с латерален офсет				
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация със стандартна UNIMWPE втулка трябва да има две				
	Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; втулката трябва да бъде изработена от UNIMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				
	Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;				
	Спринцовка за цимент, ретроградна				
	Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат				
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
	ДВУДОЛЮСНА ХИБРИДНА	100бр.	3250.00		325000.00
	Тазобедрено стъбло за циментно закрепване: трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила Материал: неръждаема стомана Размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стъбло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стъбла с дължина 130 мм с латерален офсет				
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен трябва да има две				
	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UNIMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				


BS

Chy

48


ES

Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;				
Спринцовка за цимент, ретроградна				
Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат				
Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА	1006р.	3016.67		301667.00
Тазобедрено стъбло за циментно закрепване тип "Мюлер" или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0.2mm. по дължината на циментируемата част на стъблото и един водещ централен канал с дълбочина 0.5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9. Размери: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50;				
Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация със стандартна UHMWPE втулка трябва да има две				
Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 mm;				
Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32mm с къса -4mm, средна 0mm и дълга шийка +4mm и диаметър 22 с къса -3.5mm, средна 0mm и дълга шийка +3.5mm				
Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36mm с -3.5mm, 0mm, +3.5mm, +7mm и +10.5mm шийка;				
Спринцовка за цимент, ретроградна				
Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА	1006р.	2791.67		279167.00
Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155				




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология			
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварваното повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интерграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-толям, максималният да бъде не повече от 61 мм,			




Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature on the right and several smaller marks on the left.

	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UNIMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента;				
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм				
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;				
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
	ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА	1005р.	2933.34	293334.00	
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново поръзно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155				
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweutuelier дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правотъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология				
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав				




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Размери: стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен за циментно закрепване. пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от нерждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм,			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА	100бр.	2891.67	289167.00



	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване с извита и скъсена форма, позволяваща запазването на кост в зоната на трохантерния масив и като цяло, конус 12/14; трябва да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има проксимална фиксация, три-дименсионално заострена форма и проксимално Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие, нанесено чрез вакуумно-плазмено разпръскване, осигуряващо вторична стабилизация чрез вращаване на костта и покритие по tough-blasted технология в дисталната част; трябва да предлага различни медиални извивки за възможно най-точно възстановяване анатомията на пациента; различните офсети трябва да бъдат независими от размера на стъблото за да възстановят точно биомеханиката на ставата; дизайн съвместим с MIS и традиционни подходи; офсет версии с COD ъгъл 137° и 129°; стъблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат с минимален офсет 37 и максимален 45.25mm; стъблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат с минимален офсет 44 и максимален 52.25mm;			
	Материал: Ti6Al4V сплав и Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие на проксималната повърхност; Размери: стъблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129mm; стъблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129mm			
	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 mm ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълчици с височина 3 mm, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 mm за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: UHMWPE/S/PMMA.Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 mm; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, максималният да бъде не повече от 61 mm,			




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента;			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	ДВУПОПЪСНА ХИБРИДНА	100бр.	3033.34	303334.00
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване с извита и скъсена форма, позволяваща запазването на кост в зоната на трохантерния масив и като цяло; конус 12/14; трябва да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има проксимална фиксация, три-дименсионално заострена форма и проксимално Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие, нанесено чрез вакуумно-плазмено разпръскване, осигуряващо вторична стабилизация чрез врастване на костта и покритие по tough-blasted технология в дисталната част; трябва да предлага различни медиални извивки за възможно най-точно възстановяване анатомията на пациента; различните офсети трябва да бъдат независими от размера на стъблото за да възстановят точно биомеханиката на ставата; дизайн съвместим с MIS и традиционни подходи; офсет версии с CCD ъгъл 137° и 129° ; стъблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат с минимален офсет 37 и максимален 45.25мм; стъблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат с минимален офсет 44 и максимален 52.25мм;			
	Материал: Ti6Al4V сплав и Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие на проксималната повърхност; Размери: стъблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129мм; стъблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129мм			

	Ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен за циментно закрепване. пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм,			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	ЕДНОПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	1006р.	2791.67	279167.00
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастане на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155			


	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweutueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; Фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; гравевината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология				
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав				
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197				
	Биполарна бедрена глава тип мур или аналогичен, материал CO-CR-MO и Ti-6Al-4V сплав с размери от 38 до 66 и съответстваща втулка материал				
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм				
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;				
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	3500.00	350000.00	
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново поръзно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155				





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; трапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология			
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CSD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация със стандартна UHMWPE втулка трябва да има две			
	Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	ДВУПОЛУСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	3600.00	360000.00









	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване с извита и скъсена форма, позволяваща запазването на кост в зоната на трохантерния масив и като цяло, конус 12/14; трябва да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има проксимална фиксация, три-дименсионално заострена форма и проксимално Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие, нанесено чрез вакуумно-плазмено разпръскване, осигуряващо вторична стабилизация чрез вращаване на костта и покритие по tough-blasted технология в дисталната част; трябва да предлага различни медиялни извивки за възможно най-точно възстановяване анатомията на пациента; различните офсети трябва да бъдат независими от размера на стъблото за да възстановят точно биомеханиката на ставата; дизайн съвместим с MIS и традиционни подходи; офсет версии с CCD ъгъл 137° и 129°; стъблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат с минимален офсет 37 и максимален 45.25мм; стъблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат с минимален офсет 44 и максимален 52.25мм;			
	Материал: Ti6Al4V сплав и Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие на проксималната повърхност; Размери: стъблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129мм; стъблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129мм			
	Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация със стандартна UHMWPE втулка трябва да има две			
	Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрпена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за вращаване на костта; втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	3841.67	384167.00







	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново поръзно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155			
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweigpfeiler дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология			
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен трябва да има две			
	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваша поръзна повърхност за вращаване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	ДУПЛУКАСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	4358.34	435834.00
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155			
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweugtiegel дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология			
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен трябва да има две			



	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за вращаване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				
	Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3,0, 0, +3.5мм и +7,0				
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	4333.34	433334.00	
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155				
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, Zweutliel design или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щедяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология				
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав				



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта, (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове.			
	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UNIMWPE Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	ДВУПОЛЮСНА БЕЦИМЕНТНА	1006р.	4850.00	485000.00
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155			

JS


AS

AS


AS




	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweymuehler дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и шадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μm, изработена чрез grit-blasted технология			
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта, (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове.			





	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				
	Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3,0, 0, +3.5мм и +7,0 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА				
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155	1006р.	5241.67	524167.00	
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweumuegger дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щедяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μm, изработена чрез grit-blasted технология				
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав				
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197				




	Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с керамична втулка. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна				
	Материал:				
	- капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта;				
	- втулката трябва да бъде изработена от керамика.				
	Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				
	Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика				
	Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3,0, 0, +3.5мм и +7,0				
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	1006p.	4358.34		435834.00
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с патерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155				
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweitueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология				
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав				




	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197				
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация с ограничителна втулка от crosslinked полиетилен.				
	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за арастване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UNIMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 50 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;				
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	3500.00	350000.00	
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155				
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweipoliger дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μm, изработена чрез grit-blasted технология				




	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с назъбена макроструктура и подравнена полюсна повърхност в			
	Материал: капсулата трябва да бъде изработена от титаний, втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE.			
	Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 42 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36 мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	3841.67	384167.00
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155			
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweigpfeiler дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология			



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав				
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197				
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с назъбена макроструктура и подравнена полюсна повърхност в				
	Материал: капсулата трябва да бъде изработена от титаний, агулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 42 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;				
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	4333.34	433334.00	
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155				
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка; трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки; разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; трапевицата на повърхността трябва да бъде 3-5 μm, изработена чрез grit-blasted технология				

	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула от ново поколение с назъбена макроструктура, за безциментно закрепване в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен.			
	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от титаний; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36 мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА	1006р.	5241.67	524167.00
	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155			











	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; Zweutueler дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стъблото трябва да бъде по цялото протежение на стъблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стъблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стъблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µm, изработена чрез grit-blasted технология			
	Разновидности: стъблото трябва да предлага възможности за избор между CCD въгл от 131° и 121°; стъблата с въгл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стъблата с въгл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав			
	Размери: стъблата с въгл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стъблата с въгл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197			
	Ацетабуларна капсула от ново поколение с назъбена макроструктура, за безциментно закрепване в комбинация с керамична втулка. Капсулата трябва			
	Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от титаний; - втулката трябва да бъде изработена от керамика; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			
	Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;			
	Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3,0, 0, +3.5мм и +7,0			
	РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТА	100бр.	2833.34	283334.00
	Ревизионно тазобедрено стъбло за циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила и тапи за цимент 9,11,13,15,17,19мм Материал: нерждаема стомана; Размери: две дълги ревизионни стъбла с дължина 180 мм със стандартен офсет			

	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълници с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: UNIMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм,			
	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UNIMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента;			
	Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;			
	Интрамедуларна тапа за цимент Размери: 9,11,13,15,17,19мм Материал: полиетилен с бариев сулфат			
	Спринцовка за цимент, ретроградна			
	Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА	1006р.	2975.00	297500.00
	Ревизионно тазобедрено стъбло за циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила и тапи за цимент 9,11,13,15,17,19мм Материал: неръждаема стомана; Размери: две дълги ревизионни стъбла с дължина 180 мм със стандартен офсет			




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен за циментно закрепване. пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпки с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм,			
	Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;			
	Интрамедуларна тапа за цимент Размери: 9,11,13,15,17,19мм Материал: полиетилен с бариев сулфат			
	Спринцовка за цимент, ретроградна			
	Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	РЕВИЗИОННА ХИБРИДНА	100бр.	4150.00	415000.00
	Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: проксимална компонента: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD			
	Материал: Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери: проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм; дистална права част: едно стъбло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стъбла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стъбла с дължина 200 мм и диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стъбла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм;			




	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пълчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване			
	Материал: UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм,			
	Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента;			
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм			
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	РЕВИЗИОННА БЕЗЦИМЕНТНА	100бр.	4858.34	485834.00
	Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: проксимална компонента: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD			
	Материал: Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери: проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм; дистална права част: едно стъбло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стъбла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стъбла с дължина 200 мм и диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стъбла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм;			
	Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна			

	полусфера в комбинация със стандартна UHMWPE втулка трябва да има две				
	Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;				
	Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм				
	Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка;				
	АЦЕТАБУЛАРНА УКРЕПВАЩА МРЕЖА	100бр.	1250.00	125000.00	
	Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; фиксация на горния фланг да бъде върху ilium, а на долния фланг – в tuber ischii; относителната позиция и ориентация на фланговете да отговарят анатомично на пелвиса; позицията и ориентацията на дупките за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така, че да се гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация; долният фланг да бъде тънък, заострен и изкривен нагоре за безвинтово имплантиране в tuber ischii; задният ръб на мрежата трябва да е изтънен в долната си част с цел запазване на интактната задна стена на ацетабулума; повърхността изцяло да е грапава-възможност за вторична костна фиксация(интеграция) посредством увеличената повърхнина за закрепване.				
	Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb; Материал: титаний Размери: външен диаметър на мрежата от 46, 50, 56, 62 и 68 мм със съответните вътрешни диаметри от 42, 46, 52, 58 и 64 мм, леви и десни;				
	Ацетабуларен укрепващ пръстен: размери от 36 до 64 през 2мм, материал Protasul Ti Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb;				
	Закрепващи конусни спонгиозни винтове за подсилваща ацетабуларна мрежа, диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb;				
	ЦИМЕНТ САНТИБИОТИК	100бр.	133.34	13334.00	




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Цимент с антибиотик 40г.	1006р.	41.67	
Ножче за осцилиращ резец			4167.00
Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm x 1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm и 25.4mm			
СИСТЕМА ОТ ТАЗОБЕДРЕНИ ИМПЛАНТИ ОТ ТАНТАЛ С ВИСОКО ПОРЕСТА СТРУКТУРА (75-80%) С ИЗЦЯЛО СВЪРЗАНИ ПОРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ ЗНАЧИТЕЛНИ КОСТНИ ДЕФЕКТИ	1006р.		
ИЗЧИСЛЯВА СЕ ИНДИВИДУАЛНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ИМПЛАНТИТЕ			
Ревизионна ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи		1833.34	183334.00
		2291.67	229167.00
Втулка за ревизионна ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен и варианти с 0 и 10 градуса инклинация; Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE; Размери: от 48 до 80, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям,		791.67	79167.00
Ограничителна втулка за ревизионна ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен; Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE; Размери: от 50 до 76, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям,		1600.00	160000.00
Ацетабуларни аугменти от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; размери: от 50 до 70mm през 4mm; дебелини: 10, 15, 20 и 30mm;		791.67	79167.00
Опорни ацетабуларни аугменти от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при Папроски тип IIIA дефекти. Материал - тантал; Конфигурации права супериорна и постериорна/антериорна		1125.00	112500.00
Ацетабуларни рестриктори от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция на медиалната стена. Материал - тантал; размери: 26, 32 и 38mm;		875.00	87500.00
Конструкция на ацетабуларна мрежа за поставяне в ревизионна ацетабуларна капсула, при необходимост от допълнителна стабилност на капсулата, фиксация на горния фланг да бъде върху ilium, а на долния фланг - в ischium; варианти с къса и дълга фланга с по 5 размера всеки; лява и дясна конфигурация ; Материал: титаний		1125.00	112500.00
КОЛЕННИ ЕНДОПРОТЕЗИ			
СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО КОЛЯНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ С ЦИМЕНТНО ЗАКРЕПВАНЕ БЕЗ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА	1006р.	3775.00	377500.00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


	Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикряпане на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат PMMA			
	Феморален компонент: Инсал/Бурцайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки;			
	Менискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен в задната част, механизъм "палец-пръчка";			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО КОЛЯНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ С ЦИМЕНТНО ЗАКРЕПЯВАНЕ БЕЗ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА И ПОВИШЕНА ФЛЕКСИЯ	100бр.	3900.00	390000.00
	Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикряпане на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат PMMA			
	Феморален компонент: Инсал/Бурцайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, с повишена флексия; материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 5 размера всеки;			
	Менискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен в задната част, механизъм "палец-пръчка";			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	Втулка за тибиален компонент	100бр.	141.67	14167.00
	Втулка за тибиален компонент материал - Ti-6Al-4V сплав			
	Пателна	100бр.	233.34	23334.00
	Патела: материал - UHMWPE; 3 размера; анатомично разположение и движение; по-ниско дистално и назад разположение			
	СИСТЕМА ЗА РЕВИЗИОНО КОЛЯНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ БЕЗ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА	100бр.	7625.00	762500.00
	ИЗЧИСЛЯВА СЕ ИНДИВИДУАЛНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ИМПЛАНТИТЕ			



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


	Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат PMMA				
	Ревизионен феморален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, 5 размера, дясна и лява конфигурация, с възможност за прикрепяне на стъбла и феморални елементи, материал - Co-Cr-Mo сплав и Ti-6Al-4V сплав				
	Ревизионен менискален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, материал - UHMWPE и Ti-6Al-4V сплав; 7 групи с 7 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен с титаниева сплав; използване в комбинация със заключващ винт; механизъм "палец-пръчка";				
	Стъбла: право с дължина 30 мм и диаметър 15 мм, дължина 100 мм и диаметри от 10 до 18 мм, дължина 155 мм с диаметри от 12 до 18 мм; стъбло офсет с дължина 100 мм и диаметри от 11 до 18 мм, стъбло офсет с дължина 155 мм и диаметри от 12 до 18 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав				
	Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален половин клин 16 и 26 градуса; тибиален клин 7 градуса; тибиална плочка с височина 5 и 10 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA				
	Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален блок с височина 10 мм; тибиална половин плочка дясна латерална / лява медиална и лява латерална / дясна медиална с височини 15 и 20 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA				
	Феморален елемент за всички размери феморални компоненти: постериорни с височина 5 и 10 мм; дистални с височина 5 и 10 мм; само дистални с височина 10 мм; антериорни; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA				
	Феморален елемент само дистални с височина 15 и 20 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA				
	Цимент с антибиотик	100бр.	133.34		13334.00
	Цимент с антибиотик 40г				
	Ножче за осцилиращ резец	100бр.	41.67		4167.00
	Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm x 1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm и 25.4mm				
	СИСТЕМА ОТ КОЛЕННИ ИМПЛАНТИ ОТ ТАНАЛ С ВИСОКО ПОРЕСТА СТРУКТУРА (75-80%) С ИЗЦЯЛО СВЪРЗАНИ ПОРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ ЗНАЧИТЕЛНИ КОСТНИ ДЕФЕКТИ				
	ИЗЧИСЛЯВА СЕ ИНДИВИДУАЛНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ИМПЛАНТИТЕ	100бр.			

	Феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; дължина: 30mm, 40mm и 50mm; размери: малък, среден и голям;		1816.66	181666.00
	Диафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; височина: 30mm; размери: малък, среден и голям;		2083.34	208334.00
	Метафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;		1000.00	100000.00
	Тибиялни конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;		1100.00	110000.00
	Тибиялни конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;		958.34	95834.00
	Тибиялни конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;		1350.00	135000.00
	Тибиялни конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;		1000.00	100000.00
	Тибиялни конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;		1000.00	100000.00
	Система за първично тотално раменно ендопротезиране			
	Анатомична-фрактурна раменна ендопротеза с късо стъбло, модулна:	100бр.	4250.00	425000.00
	Стъбло: с 3 канала в дисталната част на стъблото за ротационна стабилност, клиновиден дизайн за хомогенно разпределение на натоварването; Шипове в проксималната част за прикрепяне на туберозитас и допълнителна първична стабилност, отвори за шевове за финална стабилна фиксация на туберозитас. Размери: 8 размера: 130mm дължина - размери от 7 до 14; Материал: Ti6Al7Nb			
	Глава, включително базова пластина и свързващ винт; Анатомичен дизайн на проксималната зона на ставата за възстановяване на нормалната хумерална анатомия за всеки избран размер на главата. Шипове на базовата пластина за прикрепяне на туберозитас и допълнителна първична стабилност, отвори за шевове в базовата пластина за финална стабилна фиксация на туберозитас. Материал: Ti6Al7Nb и CoCrMo; Размери: 6 версии на комбинацията глава-базова пластина: 40, 44 и 48 в дясна и лява конфигурация;			



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
	Анатомична-фрактурна раменна ендопротеза с дълго стъбло, модулна:	1006р.	4416.67		441667.00
	Стъбло: с 3 канала в дисталната част на стъблото за ротационна стабилност, клиновиден дизайн за хомогенно разпределение на натоварването; Шипове в проксималната част за прикрепване на туберозитас и допълнителна първична стабилност, отвори за шевове за финална стабилна фиксация на туберозитас Размери: 4 размера: 170мм дължина - размер 7, 200 мм дължина размери 9, 11 и 13; Материал: Ti6Al7Nb				
	Глава, включително базова пластина и свързващ винт; Анатомичен дизайн на проксималната зона на ставата за възстановяване на нормалната хумерална анатомия за всеки избран размер на главата. Шипове на базовата пластина за прикрепване на туберозитас и допълнителна първична стабилност, отвори за шевове в базовата пластина за финална стабилна фиксация на туберозитас; Материал: Ti6Al7Nb и CoCrMo; Размери: 6 версии на комбинацията глава-базова пластина: 40, 44 и 48 в дясна и лява конфигурация;				
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
	Система анатомична-стандартна раменна ендопротеза, модулна, състояща се от стъбло, свързващ компонент и глава; Анатомичен, модулен дизайн, да позволява избор на позиция на хумералната глава с инклинация между 113° и 165° и ретроверзия между -30° и +30° за прецизна реконструкция на раменната става и последващото изключване	1006р.	3333.34		333334.00
	Стъбло, включително свързващ компонент: Размери: 4 размера стъбла: размер 7 с дължина 100мм, размери 9, 12 и 14 с дължина 110мм; Материал: CoCrMo				
	Глава: 10 размера глави от 40, 42, 44, 46, 48, 50 и 52мм като размери 48, 50 и 52 да са налични в два варианта дебелини; Материал: CoCrMo				
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.				
	Еднополусна безстеблена раменна ендопротеза, предлагаща анатомична реконструкция на раменната става, състояща се от хумерална глава и хумерален анкер.	1006р.	3800.00		380000.00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Хумерален анкер в три размера с диаметри 24, 28 и 32мм, с положение напълно независимо от положението на хумералния канал, което позволява реконструкцията да бъде анатомично ориентирана. С прес фит дизайн с 4 перки с отвори, позволяващи здраво заковане и ротационна стабилност и прорастване на кост през отворите. Материал: TiAl6V4 титанова сплав с повърхност по rough-blasted технология, позволяваща прорастване на костта и здрава първична фиксация;			
	Хумерална глава: В 11 размера с анатомичен дизайн за оптимално покритие и позициониране. Материал: CoCr28Mo6 с огледално полирана повърхност;			
	Анатомично ретро / reverse / Reverse система, състояща се от стъбло, базова пластина за гленоидна фиксация с винтове, гленоидална глава, хумерална капсула и втулка от полиетилен с ултра високо молекулярно тегло (UHMWPE).	100бр.	4833.34	483334.00
	Стъбло: Размери: 4 размера стъбла: размер 7 с дължина 100мм, размери 9, 12 и 14 с дължина 110мм; Материал: CoCrMo			
	Винтове: за гленоидна фиксация 4,5мм диам с дължини 18,24,30,33,36,42 и 48мм, със заключващо капаче; материал: TiAlV			
	Хумерална капсула: в общо 8 разновидности на версия и офсет - 0° retro, 0° retro+6(медиален офсет), +10° retro, -10° retro, +20° retro, -20° retro, 9mm 0° retro, 9mm 0° retro+6(медиален офсет), материал: TiAl титанова сплав			
	Гленоидална фиксация: предназначена за безциментна прес-фит употреба, изисква два I/R винта за първоначално фиксиране. материал: титанова сплав (Protasul-100, TiAl)			
	Гленоидална глава: с овален конус за сигурна фиксация, размери: диаметър 36мм и 40мм, материал: CoCrMo сплав			
	Хумерална PE втулка: размери: с вътрешен диаметър 36 и 40мм в три дебелини - +0, +3, +6мм; материал: полиетилен с ултра-високо молекулярно тегло (UHMWPE).			
	Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.			
	Гленоидален компонент за циментно закрепване с 3 щифта	100бр.	666.67	66667.00
	Гленоидален компонент за циментно закрепване със 3 щифта, 3 размера - S, M и L; Материал: UHMWPE			
	Гленоидален компонент за циментно закрепване с кил	100бр.	1033.34	103334.00
	Гленоидален компонент за циментно закрепване с кил, 3 размера - S, M и L; Материал: UHMWPE			
	Инжекторна система за вакуумно разбъркване и прилагане на костен цимент.	100бр.	191.67	19167.00
	Инжекторна система за прилагане на костен цимент със стандартна спринцовка			

[illegible]

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“- ЕООД

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обособена позиция № 6

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, 09.01.2014 г., в гр. Варна на основание Решение № 44/13.12.2013 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, между Възложителят – МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, представляван от:

Д-р Веселин Николов – Изпълнителен директор

Юлия Късова – Гл. счетоводител

Със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Цар Освободител №100,

БУЛСТАТ: 000090019

и

Изпълнителя: „Хелмед България“-ЕООД, със седалище: гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. "Цар Симеон" блок 20, ет.1, ап.3, регистриран в Софийски Градски съд по ф. д. 1689/2001г. /пререгистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията съгл. Удостоверение №.....

Ид. № по ЗДДС BG.130477290, ЕИК: 130477290

представлявано от Валентин Христов Кръстев

се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД в гр. Варна. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

(4) Доставката, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания: доставените медицински изделия са придружени със Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС.

Чл.2. Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – до **12(дванадесет) месеца** от датата на сключването му.

Чл.4. Срок за доставка след заявка от Възложителя - 14 календарни дни

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. Общата стойност на договора за доставка е 3 300 000 (три милиона и триста хиляди) лв. с ДДС, която включва и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

Чл.6 Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60(шестдесет) дни** след изпълнение на доставката франко сградата Възложителя и представяне на фактура

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, предоставяне на фактура и представяне на Сертификати за предлаганите изделия, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия- CE, ISO 9001 и БДС

2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

Чл.8(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от стойността му.

(2) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, а гаранцията за участие в процедурата се освобождава съгласно условията в чл.62 от ЗОП.

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до един месец след изтичане на срока на договора.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.10. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества медицински изделия, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.11. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.12. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

Чл.13. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на изпълнителя.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.14. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1, ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.15. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.16. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.17. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.18. Рекламации по количествата на доставените медицински изделия могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.19. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.20. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Действието на този договор се прекратява:

- а) с изпълнение на всички задължения на страните;
- б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
- г) с изтичане срока на договора

(2) Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в следните случаи:

- а) ако Изпълнителят не извърши доставката в сроковете, договорени между страните;
- б) ако Изпълнителят достави медицински изделия, различни по вид, качество, марка или цена от тези на представените и декларираните мостри при участие в обществената поръчка.
- в) ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора

Чл. 22. (1) При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5% върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността по договора.

(2) При неизпълнение на декларираните обстоятелства от изпълнителя и доставка на изделия, различни от предложените мостри, същите няма да му се заплатят от Възложителя.

Чл. 23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.25. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Чл.26. Неразделна част към настоящия договор е офертата на изпълнителя с (Приложение №.....).

ПОДПИСИ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД:

Гл. Счетоводител:



Обособена позиция №6

№	Наименование на медицинските изделия	Търговско наименование	Производител	Единична цена без ДДС	Единична цена с ДДС
1	Външен фиксатор за възрастни тип LRS (комплект)	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
2	Външен фиксатор детски тип LRS	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
3	Външен фиксатор тип Елизаров (3 ринга, комплект)	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2500	3000
4	Външен фиксатор тип Елизаров (4 ринга, комплект)	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2500	3000
5	Външен фиксатор тип	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
6	Външен фиксатор хибриден тип TSF(комплект)	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
7	Външен фиксатор за таз	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
8	Външен фиксатор хибриден за тибялно плато (комплект)	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
9	Външен фиксатор модулен за горен крайник CSK (комплект)	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
10	Външен фиксатор модулен за долен крайник CSK (комплект)	фиксатор Несторов	Ортотех дизайн	2000	2400
		Наименование на медицинските изделия	Производител	Единична цена с ДДС	
		МИНИ ПЛАКИ С ВИНТОВЕ ti	СКБМИ	600	720
		ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3, ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 4, 5, 6, ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 7 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 4, 6 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 8, 10 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		T- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		T- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 4, 5 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		T- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2, 3, 4 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		T- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 4 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		T- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2, 3 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		L- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ ДЕСНИЛЕВИ С 2, 3 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИЛЕВИ С 3 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИЛЕВИ С 4 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
		L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИЛЕВИ С 2,	СКБМИ	600	720
		L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИЛЕВИ С 4	СКБМИ	600	720
		L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИЛЕВИ С 2,	СКБМИ	600	720
		W- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 7 ОТВОРА Ti	СКБМИ	600	720
			СКБМИ		

	ЗАКЛЮЧВАЩИ ПЛАКИ С ВИНТОВЕ 3.5 мм.	СКБМИ	600	720
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 ТУБУЛАРНИ ПЛАКИ	СКБМИ		
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 ТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 4 ОТВОРА	СКБМИ	600	720
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 ТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 5 ОТВОРА	СКБМИ	600	720
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 ТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 6 ОТВОРА	СКБМИ	600	720
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 ТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 7 ОТВОРА	СКБМИ	600	720
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 ТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 8 ОТВОРА	СКБМИ	600	720
	ЗАКЛЮЧВАЩИ ПЛАКИ С ВИНТОВЕ 4.5 мм.	СКБМИ	800	960
		СКБМИ		
	ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С ВИНТОВЕ 4.5mm	СКБМИ		
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 5 ОТВОРА	СКБМИ	800	960
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 6 ОТВОРА	СКБМИ	800	960
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 7 ОТВОРА	СКБМИ	900	1080
	ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С 8 ОТВОРА	СКБМИ	900	1080

